

### Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

#### Dotyczy pakietu nr 12

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy w związku z zapisem "Wszystkie napisy i wskaźniki umieszczone między warstwami folii", Zamawiający uzna wymóg za spełniony, w przypadku zaoferowania rękawa papierowo - foliowego, w którym wszystkie napisy i wskaźniki umieszczone są na papierze pod folią w obrębie w zgrzewu, tj. w taki, sposób który uniemożliwia zanieczyszczenie zawartości opakowania. Rozwiązanie takie jest nowocześniejsze i powszechnie stosowane przez producentów opakowań papierowo - foliowych do sterylizacji.

**Odpowiedź: Tak**

2. Prosimy o wyjaśnienie, czy w związku z zapisem "Folia 5-cio warstwowa, nie licząc warstwy kleju", Zamawiający uzna wymóg za spełniony w przypadku zaoferowania opakowania papierowo - foliowego, w którym folia składa się z siedmiu warstw (sześć warstw + warstwa kleju)?

**Odpowiedź: Tak**

3. Prosimy o wyjaśnienie, czy w związku z zapisem „Kierunek otwierania umieszczony tylko od strony papieru” Zamawiający uzna wymóg za spełniony, w przypadku zaoferowania rękawa papierowo – foliowego posiadającego kierunek otwierania umieszczonego obustronnie? Rozwiązanie takie ułatwia użytkownikowi wysterylizowanego wyrobu identyfikację kierunku bezpyłowego otwierania i zmniejsza ryzyko pomyłki.

**Odpowiedź: Tak**

PREZES TARZĄDU  
Dyrektor Naczelny  
Pluciński  
lek. med. Leszek Pluciński