

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku ”,

SIWZ – pkt. 6.2 /grupa kapitałowa/

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę, natomiast Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do Wykonawcy o złożenia wyjaśnień w zakresie aktualności złożonego oświadczenia

Pakiet nr 9 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy nacięcie do mocowania przewodu jest bez przecięcia boków elektrody, co zapobiega rozerwaniu elektrody?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści

Pakiet nr 9 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod EKG na piance z żelazem ciekłym prostokątnej o rozmiarze 55 x 35 mm.

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści

Pakiet nr 9 poz. 1, 2, 3

Prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto i brutto za 1 szt. elektrod z zaokrągleniem do 4 miejsc po przecinku, wartość netto i brutto dla ww. pozycji zostanie wyrażoną kwotą zaokrągloną do 2 miejsc po przecinku.

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści

Pakiet nr 9 poz. 14

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu KTG EcoNet Insight o rozmiarze 112 mm x 25 m.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści

Pakiet nr 9 poz. 16

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji pojemnika do badań histopatologicznych 70 ml.

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści

Pakiet nr 9 poz. 17

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji pojemnika do badań histopatologicznych 120 ml.

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści

Pakiet nr 9 poz. 22

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji żelu do EKG w kolorze jasno żółtym, przezroczystym.

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści

Pakiet nr 9 poz. 25

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji okularków do fototerapii noworodka jednorazowego użytku o rozmiarze 33 – 38 cm +/- 2 cm, szerokość zewnętrznej osłonki UV 10 cm, bez lateksu, materiał nie podrażniający skóry, dopasowane w kształcie litery Y z mocowaniem na rzepy.

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści

Projekt umowy – par. 9 ust. 1 pkt. 1.3, 1.4


Prosimy o zmianę kary umownej na 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia od którego realizacji Wykonawca odstąpił z winy Zamawiającego lub odpowiednio od której realizacji Zamawiający odstąpił z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy

Projekt umowy – par. 9 ust. 3

Prosimy o zmianę kary umownej na 10% i odniesienie jej do wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy


PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Zarządowy
lek. med. Leszek Pluciński