

### Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

SIWZ – pkt. 6.2 /grupa kapitałowa/

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

**Odpowiedź: Tak**

Pakiet nr 9 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy nacięcie do mocowania przewodu oznacza podłużne wycięcie bez przecięcia boków elektrody, co zapobiega jej rozerwaniu?

**Odpowiedź: TAK**

Pakiet nr 9 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod EKG na piance z żelazem ciekłym prostokątnych o rozmiarze 55 x 35 mm.

**Odpowiedź: TAK**

Pakiet nr 9 poz. 1, 2, 3

Prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto i brutto za 1 szt. elektrod z zaokrągleniem do 4 miejsc po przecinku, wartość netto i brutto dla ww. pozycji zostanie wyrażoną kwotą zaokrągloną do 2 miejsc po przecinku.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

Pakiet nr 9 poz. 14

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu KTG EcoNet Insight o rozmiarze 112 mm x 25 m.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papieru o rozmiarze 111x25**

Pakiet nr 9 poz. 15

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji pojemnika do badań histopatologicznych 15 ml.

**Odpowiedź: TAK**

Pakiet nr 9 poz. 27

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji okularków do fototerapii noworodka jednorazowego użytku o rozmiarze 33 – 38 cm +/- 2 cm, szerokość zewnętrznej osłonki UV 10 cm, bez lateksu, materiał nie podrażniający skóry, dopasowane w kształcie litery Y z mocowaniem na rzepy.

**Odpowiedź: TAK**

Projekt umowy – par. 9 ust. 1 pkt. 1.3, 1.4

Prosimy o zmianę kary umownej na 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia od którego realizacji Wykonawca odstąpił z winy Zamawiającego lub odpowiednio od której realizacji Zamawiający odstąpił z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy**

Projekt umowy – par. 9 ust. 3

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par. 9 ust. 3 Wykonawca zgodnie z par. 9 ust. 1 pkt. 1.3 i 1.4 zapłaci Zamawiającemu karę umowną.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy**

### Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

#### Pakiet 1, poz. 1-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na startowanie tylko na Pozycje strzykawek w ramach Pakietu nr 1? takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dokonał świadomego i celowego podziału zamówienia na 28 pakietów i nie widzi potrzeby dalszego podziału**

#### Pakiet 1, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

**Odpowiedź: TAK**

#### Pakiet 6, poz. 13-14

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 13-14 z Zadania nr 6 takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dokonał świadomego i celowego podziału zamówienia na 28 pakietów i nie widzi potrzeby dalszego podziału**

#### Pakiet 6, poz. 13

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonana z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odpowiedź: WG SIWZ**

#### Pakiet 6, poz. 14

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonana z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odpowiedź: WG SIWZ**

#### Pakiet 6, poz. 13-14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządów do przetaczania posiadające logo umożliwiające identyfikację Produktu?

**Odpowiedź: TAK**

**Pakiet 24, poz. 4**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 4 z Zadania nr 24 takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dokonał świadomego i celowego podziału zamówienia na 28 pakietów i nie widzi potrzeby dalszego podziału**

**Pakiet 24, poz. 5**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 5 z Zadania nr 24 takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dokonał świadomego i celowego podziału zamówienia na 28 pakietów i nie widzi potrzeby dalszego podziału**

  
**PREZES ZARZĄDU**  
Dyrektor naczelny  
**lek. med. Leszek Pluciński**

### Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

Czy zamawiający wydzieli poz.6-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dokonał świadomego i celowego podziału zamówienia na 28 pakietów i nie widzi potrzeby dalszego podziału**

Pakiet 1, poz. 7-8

Czy zamawiający dopuści jednostronną skalę pomiarową?

**Odpowiedź: NIE WG SIWZ**

Pakiet III, poz. 2

- Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dokonał świadomego i celowego podziału zamówienia na 28 pakietów i nie widzi potrzeby dalszego podziału**

- Prosimy o dopuszczenie koreczków kompatybilnych ale innego producenta niż kaniule , co umożliwi złożenie ofert atrakcyjnych cenowo w stosunku do walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakościowych. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy winna być dla Zamawiającego priorytetem, a niniejszy zabieg to umożliwi. Dopuszczenie takiego produktu poszerzy spektrum złożonych ofert , co pozwoli Zamawiającemu na dokonanie racjonalnego wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: TAK**

- Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

**Odpowiedź: TAK**

- Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszczają.**

Pakiet VII, poz. 9

- Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: TAK,**

- Czy zamawiający wydzielił poz.9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dokonał świadomego i celowego podziału zamówienia na 28 pakietów i nie widzi potrzeby dalszego podziału**

Pakiet VI, poz. 1

- Czy zamawiający wydzielił poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dokonał świadomego i celowego podziału zamówienia na 28 pakietów i nie widzi potrzeby dalszego podziału**

- Czy zamawiający dopuścił długość min. 200 cm?

**Odpowiedź: TAK**

- Czy zamawiający dopuszcza opakowanie foliowe?

**Odpowiedź: TAK**

Pakiet 5, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

Pakiet 6, poz. 3-5,13-14,15,17,

Czy zamawiający wydzielił poz. 3-5,13-14,15,17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dokonał świadomego i celowego podziału zamówienia na 28 pakietów i nie widzi potrzeby dalszego podziału**

Pakiet 6, poz. 13-14,15

- Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania IS i TS z komorą kropłową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odpowiedź: TAK**

- Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Odpowiedź: TAK**

- Czy zamawiający wymaga zaofiarowania przyrządu do przetaczania IS i TS bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź: TAK**

Zadanie 6, poz. 13,15

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kołec igły biorczej posiada osłonę z

tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: TAK**

Zadanie 6, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekcja igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: TAK**

Pakiet 6, poz. 17

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: TAK**

Pakiet 7, poz. 3-10

Czy zamawiający wydzieli poz.3-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dokonał świadomego i celowego podziału zamówienia na 28 pakietów i nie widzi potrzeby dalszego podziału**

Pakiet 7, poz. 6

Czy zamawiający dopuści dren o długości 200 cm?

**Odpowiedź: TAK**

Pakiet 8, poz. 1

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm?

**Odpowiedź: TAK**

Pakiet 8, poz. 2

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm?

**Odpowiedź: TAK**

Pakiet 8, poz.11

Czy zamawiający dopuści pojemność ok. 100 ml?

**Odpowiedź: TAK**

Pakiet 24, poz. 5

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: TAK**

Czy zamawiający dopuści rękawy zakończone mankietem?

**Odpowiedź: TAK**

Pakiet 24, poz. 6

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: TAK**

Czy zamawiający dopuści rękawy zakończone mankietem?

**Odpowiedź: TAK**

  
**PREZES ZARZĄDU**  
Dyrektor Główny  
**lek. med. Leszek Nuciński**

Nr sprawy ZP/5/2020

Chełmża, dnia 19.01.2021r.

### Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

#### Pytanie do pakietu 28

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego, zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie następujących parametrów:

Pozycja 1

- uchwyt monopolarny jednorazowego użytku z przyciskami cięcia/koagulacja z elektrodą nożową
- sterylny

**Odpowiedź : Nie**

Pozycja 2

Elektroda neutralna dzielona

Hydrożel 1,5 mm

118cm<sup>2</sup> (202 x 101mm) oraz 78cm<sup>2</sup> (148 x 90mm) dla wersji pediatrycznej

Etykiety samoprzylepne

Pakowane po 25 sztuk, każda elektroda zapakowana osobno

**Odpowiedź : Nie**

  
**PREZES ZARZĄDU**  
Dyrektor Naczelny  
*lek. med. Leszek Pluciński*

### Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

#### Pytania dotyczące SIWZ, pkt 5.5.3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum? W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o uzasadnienie swojej decyzji. Składając ofertę w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną i solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę w sytuacji gdy z dostarczonej umowy konsorcjum wynikał będzie stosowny zapis dotyczący rozliczenia.**

#### Pytania dotyczące asortymentu:

##### **Pakiet 12:**

- Czy w pakiecie 12 poz. I.5. Zamawiający dopuści tolerancję rozmiaru i dopuści rękawy o szerokości 20 cm?

##### **Odpowiedź: TAK**

- Czy Zamawiający dopuści, aby w opakowaniach papierowo – foliowych wszystkie wskaźniki oraz napisy umieszczone były na papierze pod folią, poza obszarem pakowania? Rozwiązanie takie jest aktualnie najczęściej stosowanym przez wytwórców opakowań do sterylizacji.

##### **Odpowiedź: TAK**

- Czy Zamawiający dopuści, aby w przypadku opakowań papierowo -foliowych kierunek otwierania umieszczony był obustronnie? Rozwiązanie takie ułatwia użytkownikowi wysterylizowanego wyrobu identyfikację kierunku bezpyłowego otwierania i zmniejsza ryzyko pomyłki.

##### **Odpowiedź: TAK**

4. Czy wymóg, aby folia w opakowaniach papierowo - foliowych była pięciowarstwowa jest wymogiem minimalnym i Zamawiający dopuści folie o wyższej warstwowości, w tym folię 6-warstwową (nie licząc warstwy kleju)?

##### **Odpowiedź: TAK**

#### Pytania dot. treści umowy

- Czy Zamawiający potwierdza, że za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź: Tak za dni robocze uważane będą dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.**

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w § 2 ust. 2 projektu umowy zdania o następującej lub podobnej treści: „W wyjątkowych sytuacjach, spowodowanych przyczynami o charakterze obiektywnym, przyjęcie towaru może nastąpić po godzinie 13.00”. Dopisanie powyższego zdania nie zmienia zasadniczo godziny dostaw towaru, pozwala jednak w wyjątkowych sytuacjach (np. utrudnienia w ruchu spowodowane wypadkami drogowymi lub czynnikami atmosferycznymi) na przyjęcie towaru poza wyznaczonymi godzinami dostaw.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy**



- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 9 umowy na:
- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
  - w wysokości 0,2 % wartości brutto niezrealizowanej jednostkowej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie,
  - w wysokości 0,2 % wartości brutto reklamowanej dostawy za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji oraz za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych po upływie terminów określonych w § 8 za każdy dzień zwłoki.
  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu zamówienia od którego realizacji Wykonawca odstąpił z winy Zamawiającego.
  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy od której realizacji Zamawiający odstąpił z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy**

  
PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Naczelny  
lek. med. Leszek Muciński

### Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

#### Dotyczy zapisów SIWZ:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

#### Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

#### Odpowiedź: TAK

#### Dotyczy Parametry Techniczne:

- Dotyczy pakietu nr 12:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo foliowe wykonane z folii 8 warstwowej?

#### Odpowiedź: TAK

- Dotyczy pakietu nr 12, pozycji I oraz II:

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm<sup>2</sup> zgodnie z normą PN 868 ?

#### Odpowiedź: TAK

- Dotyczy pakietu nr 12, pozycji I oraz II:

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

#### Odpowiedź: TAK

- Dotyczy pakietu nr 12, pozycji I oraz II:

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

#### Odpowiedź: TAK

- Dotyczy pakietu nr 12, pozycji I oraz II:

Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.

#### Odpowiedź: TAK

- Dotyczy pakietu nr 13, pozycji II, 1:

Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki o wymiarach 300mm x 500mm pakowane po 250 szt?

**Odpowiedź: TAK**

- Dotyczy pakietu nr 13, pozycji II, 2:

Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki o wymiarach 300mm x 500mm pakowane po 250 szt?

**Odpowiedź: NIE**

- Dotyczy pakietu nr 13, pozycji II, 3:

Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki o wymiarach 200mm x 300mm ?

**Odpowiedź: TAK**

- Dotyczy pakietu nr 14 pozycji nr 4:

Czy Zamawiający dopuści taśmę o długości 50mb przy zachowaniu przeliczenia metrów do ilości?

**Odpowiedź: TAK**

- Dotyczy pakietu nr 14, pozycji nr 6:

Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?

**Odpowiedź: NIE**

- Dotyczy pakietu nr 14, pozycji nr 6:

Czy Zamawiający ma na myśli test z przesuwalną substancją wskaźnikową o odczycie w dwóch niezależnych okienkach, co umożliwi łatwy i jednoznaczny odczyt skuteczności przeprowadzonego procesu?

**Odpowiedź: TAK**

- Dotyczy pakietu nr 14, pozycji nr 6:

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

**Odpowiedź: TAK**

- Dotyczy pakietu nr 14, pozycji nr 7:

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym teście oraz etykiecie znajdowały się informacje o normie ISO 15883-1:2010, numerze LOT oraz nazwie produktu w języku polskim?

**Odpowiedź: TAK**

- Dotyczy pakietu nr 14, pozycji nr 7:

Czy Zamawiający wymaga aby test kontroli mycia posiadał substancję wskaźnikową umieszczoną na 4 płaszczyznach?

**Odpowiedź: TAK**

- Dotyczy pakietu nr 14, pozycji nr 9:

Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy VI był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

**Odpowiedź: TAK**

- Dotyczy pakietu nr 14, pozycji nr 9:

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim

**Odpowiedź: TAK**

- Dotyczy pakietu nr 14, pozycji nr 11:

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

**Odpowiedź: TAK**



PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Główny  
lek. med. Leszek Pluciński

### Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

Pakiet 25 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści spodnie ściągane w pasie trokami?

**Odpowiedź: TAK**

na Pakiet 25 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pościel w rozmiarze:

Poszwa 210x160cm, prześcieradło 210x160cm poszewka 80x70cm?

**Odpowiedź: TAK**

Pakiet 25 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: TAK**

Pakiet 25 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: TAK**

Pakiet 24 poz. 5, 6

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: TAK**

  
**PREZES ZARZĄDU**  
Dyrektor naczelny  
*lek. med. Leszek Oluciński*

**Uczestnicy postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

- Pytania do umowy:
- 
- Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis w § 9 pkt 1.3, pkt 1.4.  
§ 9
- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu zamówienia od którego realizacji Wykonawca odstąpił z winy Zamawiającego.

**Odpowiedź: Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy**

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy od której realizacji Zamawiający odstąpił z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
- **Odpowiedź: Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy**

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Główny  
lek. med. Leszko Pluciński

Nr sprawy ZP/5/2020  
01.2021r.

Chełmża, dnia 19.

### Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

**Pakiet nr 7, pozycja nr 6** – Czy zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem o dł. 210 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź: TAK**

**Pakiet nr 7, pozycja nr 11** – Czy zamawiający wydzieli pozycję nr 11 z pakietu nr 7?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dokonał świadomego i celowego podziału zamówienia na 28 pakietów i nie widzi potrzeby dalszego podziału**

**Pakiet nr 16, pozycje nr 2 i 3** - Czy zamawiający wydzieli pozycje nr 2 i 3 z pakietu nr 16?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dokonał świadomego i celowego podziału zamówienia na 28 pakietów i nie widzi potrzeby dalszego podziału**

**Pakiet nr 16, pozycja nr 4** – Czy zamawiający dopuści filtr o skuteczności przeciwbakteryjnej i wirusowej 99,999%, o przestrzeni martwej 40 ml, objętości oddechowej 150-1500 ml i oporze przepływu 1,0 przy 30l/min, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: NIE**

**Pakiet nr 16, pozycja nr 6** – Czy zamawiający dopuści obwód do respiratora z rurami o dł. 160 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: NIE**

**Pakiet nr 16, pozycja 7** – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z dodatkową rurą o dł. 100 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: NIE**

**Pakiet nr 16, pozycja nr 9** – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową z mankietem, jednorazowego użytku, sterylną, wykonaną z nietoksycznego, przezroczystego silikonu, o anatomicznej krzywiznie, z możliwością użytkowania w środowisku MRI, oznaczenie rozmiaru, wagi, wielkości mankieta na masce, na baloniku kontrolnym informacja o rozmiarze oraz wielkości mankieta, wzmocniona, dostępną w rozmiarach dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych (dostępne rozmiary, waga oraz wielkość mankieta przedstawia poniżej załączona tabelka), posiada zintegrowany dren do napełniania mankieta, co chroni przed przypadkowym przegryzieniem, pakowana pojedynczo.

rozmiar	1.0#	1.5#	2.0#	2.5#	3.0#	4.0#	5.0#
Waga pacjenta	<5kg	5-10kg	10-20kg	20-30kg	30-50kg	50-70kg	70-100
Wielkość mankieta	<4ml	<7ml	<10ml	<14ml	<20ml	<30 ml	<40m

**Odpowiedź: WG, SIWZ**

Nr sprawy ZP/5/2020

Chełmża, dnia 19.01.2021r.

### Uczestnicy postępowania


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

Pakiet nr 28

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, pakowane po 5 szt., opakowanie handlowe 50 szt., pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : TAK**

  
PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Naczelny  
lek. med. Leszek Pluciński



**Uczestnicy postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

**Pakiet 1**

Pyt. 1 – Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 1 część nr III i utworzy z niej oddzielny pakiet?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dokonał świadomego i celowego podziału zamówienia na 28 pakietów i nie widzi potrzeby dalszego podziału**

Pyt. 2 Czy Zamawiający w części nr III poz. 1 dopuści: kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, dodatkowy port centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek zamykany standardowo bez dodatkowego mechanizmu, nazwa producenta umieszczona na opakowaniu jednostkowym a nie bezpośrednio na kaniuli (wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, tak więc nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli nie ma realnego zastosowania)?

**Odpowiedź: TAK**

Pyt. 3 – Czy Zamawiający w części nr III poz. 2 dopuści: koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, ułatwiającym naprowadzenie w światło kaniuli?

**Odpowiedź: TAK**

**Pakiet nr 21**

Pyt. 1 Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów

ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności, a tym samym możliwość uzyskania niższych wartości ofert, czy Zamawiający dokona podziału **Pakietu nr 21** - na dwa osobne podpakiety:

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dokonał świadomego i celowego podziału zamówienia na 28 pakietów i nie widzi potrzeby dalszego podziału**

**Pakiet nr 21 A** –Ci-ca Dialysate K2 5000ml oraz Natrium Citricum 4% 1500 ml – obecne pozycja nr 1 i 2;

**Odpowiedź : Nie**

**Pakiet nr 21 B** – pozostałe pozycje z obecnego pakietu nr 21?


Jeśli nie – Jaka jest przyczyna uniemożliwiająca wydzielenie przedmiotowej pozycji?

Podział przedmiotu Zamówienia pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu wykonawcom nie będącym przedstawicielami firmy Fresenius Medical Care Polska S.A. oraz na zaferowanie wyrobu medycznego (w pełni kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Multifiltrate) używanego od lat do dnia dzisiejszego przez wiele oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii w ośrodkach klinicznych, szpitalach specjalistycznych oraz w stacjach dializ na terenie całego kraju (np. SCCS w Zabrze, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego).

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie, proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 września 2017 r. KIO/ 1910/17( w załączeniu) - dotyczy podziału jednolitego pakietu zawierającego m. in. dializaty i cytrynian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dokonał świadomego i celowego podziału zamówienia na**

28 pakietów i nie widzi potrzeby dalszego podziału.



PREZES TARZĄDU  
Dyrektor Naczelny  
*lek. med. Leszek Pluciński*

### Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

#### **PYTANIE 1 – pakiet 8, pozycja 1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie, jako równoważnych, w pakiecie 8, pozycji 1 opasek do identyfikacji dorosłych o długości 24 cm, przezroczystej pakowanej w kartonik po 100 szt. Nieznaczone różnice w rozmiarach oraz sposób pakowania pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na przeprowadzane procedury medyczne i ich efektywność, dlatego precyzyjne konkretyzowanie poszczególnych wymiarów, jest niczym nie uzasadnione i stanowi naruszenie zasad opisu przedmiotu zamówienia.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania lepsze lub równoważne. Nadto dopuszczenie powyżej opisanego pojemnika pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty, na czym powinno zależeć Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych.

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź : TAK**

#### **PYTANIE 2 – pakiet 8, pozycja 2:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie, jako równoważnych, w pakiecie 8, pozycji 2 opasek identyfikacyjnych na rękę dla noworodka wykonanych z PCV (polichloru winylu) o długości 17 cm; szerokość 18 mm, zapięcie uniemożliwia zdjęcie opaski; opaska posiada pole do opisu danych pacjenta zgodnie z nadrukowanym wzorem lub z możliwością umieszczenia dowolnych informacji z drugiej strony (niezadrukowanej); opaska bez nadruku w kolorach: różowym, niebieskim i przezroczystym.

Polichlorek winylu (PCV) wykorzystany do produkcji opasek identyfikacyjnych, to miękkie i elastyczne tworzywo nie zawierające ftalanów, zapewniające komfort i bezpieczeństwo pacjentom. Opisane opaski są powszechnie stosowane w placówkach ochrony zdrowia, a nieznaczone różnice w rozmiarach oraz sposób pakowania pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na przeprowadzane procedury medyczne i ich efektywność, dlatego precyzyjne konkretyzowanie poszczególnych wymiarów, jest niczym nie uzasadnione i stanowi naruszenie zasad opisu przedmiotu zamówienia.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania lepsze lub równoważne. Nadto dopuszczenie powyżej opisanego pojemnika pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty, na czym powinno zależeć Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych.

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź : TAK**

#### **PYTANIE 3 – pakiet 8, pozycja 4:**

Czy Zamawiający dopuści kieliszków do leków o pojemności 30 ml. Większa pojemność kieliszka jest korzystniejsza, ponieważ można dawkować większą ilość leku.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany

dopuszczać rozwiązania lepsze lub równoważne. Nadto dopuszczenie powyżej opisanego pojemnika pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty, na czym powinno zależeć Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych.

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź : TAK**

**PYTANIE 4 – pakiet 8, pozycja 7:**

Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny, zestaw do lewatywy sterylnej, pakowany pojedynczo folia/folia z workiem o pojemności 1750 ml, zakończony drenem z otworem centralnym oraz jednym otworem bocznym, z fabrycznie naniesionym żelem nawilżającym na drenie, dren o długości 120 cm, otwór umożliwiający zawieszenie worka na stojaku z instrukcją na opakowaniu w języku polskim. Dodatkowo zestaw wyposażony jest w podkład, parę rękawiczek oraz mydło w płynie. Opisany zestaw jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej i bezpiecznej procedury medycznej, zgodnie z przeznaczeniem.

Należy również zaznaczyć, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Nadto dopuszczenie ww. pozwoli złożyć konkurencyjne oferty, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

**Odpowiedź : TAK**

**PYTANIE 5 – pakiet 8, pozycja 8:**

Czy Zamawiający dopuści wycenę szpatulek drewnianych pakowanych pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem na 13 (minimalna przewidywalna ilość w ramach prawa opcji) lub 18 (maksymalna przewidywalna ilość w ramach prawa opcji do leków) pełnych opakowań? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu.

Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź : TAK**

**PYTANIE 6 – pakiet 7, pozycja 11:**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do moczu z zakrętką o pojemności 100 ml. Proponowana pojemność jest wystarczająca do przeprowadzenia poprawnej procedury medycznej.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania lepsze lub równoważne. Nadto dopuszczenie powyżej opisanego pojemnika pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty, na czym powinno zależeć Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych.

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź : TAK**

**PYTANIE 7 – pakiet 8, pozycja 15:**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do odpadów zakaźnych o ostrych końcach o pojemności 2000 ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ? Minimalnie większa

pojemność pojemnika nie ma żadnego wpływu na wykonywane procedury medyczne, szczególnie że pojemniki na odpady medyczne pełnią rolę pomocniczą. Większa pojemność pozwala zebrać większą ilość odpadów, co korzystnie przekłada się na zmniejszenie kosztów. Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania lepsze lub równoważne. Nadto dopuszczenie powyżej opisanego pojemnika pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty, na czym powinno zależeć Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych.

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź : TAK**

#### **PYTANIE 8**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź : Tak**

  
**PREZES ZARZĄDU**  
Dyrektor Główny  
*lek. med. Leszek Pluciński*

**Uczestnicy postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

**Pakiet nr 3, pozycja I**

Czy Zamawiający dopuści cewniki typu Foley sterylizowane tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź : TAK**

**Pakiet nr 3, pozycja I**

Czy Zamawiający dopuści cewniki typu Foley w opakowaniu podwójnym: wewnętrzne- folia, zewnętrzne- papier/folia?

**Odpowiedź : TAK**

**Pakiet nr 3, pozycja II. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych posiadające barwne nieprzezroczyste konektory, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź : TAK**

**Pakiet nr 3, pozycja V**

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z czterema otworami bocznymi?

**Odpowiedź : TAK**

**Pakiet nr 3, pozycja V**

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z nieprzezroczystymi konektorami?

**Odpowiedź : TAK**

**Pakiet nr 3, pozycja VI**

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu przez nos w opakowaniu foliowym?

**Odpowiedź : TAK**

**Pakiet nr 3, pozycja VI**

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu przez nos o długości 140 cm lub 200cm?

**Odpowiedź : TAK**

**Pakiet nr 3, pozycja VII.2**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do tlenu 426cm?

**Odpowiedź : TAK**

**Pakiet nr 3, pozycja VII.3**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do ssaka w rozmiarze CH 24?

**Odpowiedź : TAK**

**Pakiet nr 3, pozycja X**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton o dł 18cm??

**Odpowiedź : TAK**

**Pakiet nr 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wzierniki w opakowaniu foliowym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź : TAK**

**Pakiet nr 8, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opaski identyfikacyjnej nieprzezroczystej pakowanej po 100 sztuk w opakowaniu kartonowym, o długości całkowitej 250 mm ?

**Odpowiedź : TAK**

**Pakiet nr 8 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną wykonaną z winylu, w całości w kolorze niebieskim lub różowym, długość opaski 17 cm, pakowane po 100 sztuk w opakowaniu kartonowym ?

**Odpowiedź : TAK**

**Pakiet nr 8, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków o pojemności 30 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź : TAK**

**Pakiet nr 8, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a'90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź : TAK**

**Pakiet nr 8, pozycja 6**

Czy Zamawiający folię bez pasków taśmy dwustronnej?

**Odpowiedź : TAK**

**Pakiet nr 8, pozycja 7**

Czy Zamawiający sterylny worek do lewatywy z drenem o dł. 150cm?

**Odpowiedź : TAK**

**Pakiet nr 8, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści szpatułki w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź : TAK**

**Pakiet nr 8, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 1000ml lub 2000ml?

**Odpowiedź : TAK**

**Pakiet nr 8, pozycja 19**

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą o pojemności użytkowej 300ml i pojemności max. 900ml??

**Odpowiedź : TAK**

**Pakiet nr 25, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści pościel z powłoką 210x160cm oraz powłoczką 70x80cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : TAK**

**PREZES TARZĄDU**  
Dyrektor Główny  
lek. med. Leszek Płuciński

### Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

#### **Pakiet nr 7 poz. 3-10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 7 pozycje nr: 3-10 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dokonał świadomego i celowego podziału zamówienia na 28 pakietów i nie widzi potrzeby dalszego podziału**

#### **Pakiet nr 7 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę do podawania tlenu dla dorosłych w jednym uniwersalnym rozmiarze, czystą mikrobiologicznie?

**Odpowiedź: TAK**

#### **Pakiet nr 7 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne maski do podawania tlenu z nebulizatorem i drenem, dla dzieci, czyste mikrobiologicznie?

**Odpowiedź: TAK**

#### **Pakiet nr 7 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne maski do podawania tlenu z nebulizatorem i drenem, dla dorosłych, czyste mikrobiologicznie?

**Odpowiedź: TAK**

#### **Pakiet nr 7 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę dla dorosłych o średniej koncentracji tlenu z drenem 200 cm, wykonaną z przezroczystego, miękkiego, medycznego PCV z workiem?

**Odpowiedź: TAK**

#### **Pakiet nr 7 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne maski do podawania tlenu dla dzieci, czyste mikrobiologicznie?

**Odpowiedź: TAK**

#### **Pakiet nr 7 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne maski do podawania tlenu dla noworodków, czyste mikrobiologicznie?

**Odpowiedź: TAK**

#### **Pakiet nr 11 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i czy Zamawiający oczekuje obwodu oddechowego gładkiego wewnątrznie bez maski anestetycznej?

**Odpowiedź: TAK**

#### **Pakiet nr 11 poz. 7**

Z uwagi na to, iż niektóre parametry i właściwości wapna mogą szkodliwie wpływać na pacjenta poprzez ryzyko rozpadu anestetyków i pojawienia się tlenku węgla („czadu”), prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wapno sodowane ma być ze wskaźnikiem zużycia (zmieniające barwę z białej na fioletową), w postaci granulek, o parametrach: kruchość 95%, zawartość wilgoci wody 12-19%, absorpcja CO<sub>2</sub> 19%, współczynnik



pochłaniania w przybliżeniu 140l/kg, łączna zawartość metali alkalicznych do 4%, w opakowaniu 4,5 kg (5 litrów)?

**Odpowiedź: TAK**

**Pakiet nr 11 poz. 8, 9, 10**

Czy Zamawiający oczekuje maski krtaniowej z możliwością bezwarunkowego stosowania w środowisku MRI?

**Odpowiedź: NIE**

**Pakiet nr 16 poz. 1-3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 16 pozycje nr: 1-3 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dokonał świadomego i celowego podziału zamówienia na 28 pakietów i nie widzi potrzeby dalszego podziału**

**Pakiet nr 16 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności przeciwbakteryjnej >99,9999%, o skuteczności przeciwwirusowej >99,999%, o przestrzeni martwej 55 ml, objętości oddechowej – VT= 150-1500ml, posiadający opór przepływu przy 60 l/min 2,14 cm H<sub>2</sub>O, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

**Odpowiedź: NIE**

**Pakiet nr 16 poz. 7**

1. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy z dodatkową rurą do worka o dł. 90 cm po rozciągnięciu, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

**Odpowiedź: NIE**

2. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy z dodatkową rurą do worka o dł. 180 cm po rozciągnięciu, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

**Odpowiedź: NIE**

**Pakiet nr 16 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową jednorazowego użytku z koniuszkiem mankietu posiadającym zabezpieczenie przed podwijaniem się podczas zakładania, dren do napełnienia balonika kontrolnego luźny, połączony z rurką na krótkim odcinku, materiał mankietu i korpusu: PCV, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

**Odpowiedź: NIE**

**PREZES ZARZĄDU**  
**Dyrektor naczelny**

**lek. med. Leszek Pluciński**

Nr sprawy ZP/5/2020

Chełmża, dnia 19.01.2021r.

### Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

#### **Pakiet 17:**

- Poz. 2- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula ma być dostarczana wraz z nieinwazyjnym systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m<sup>2</sup>/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z piankową podkładką pod skrzydełka i piankowymi paskami do prowadzenia linii?

**Odpowiedź: NIE**

- Poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, w zestawie łącznik T wyposażony w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, przestrzeń martwa ok. 15 cm, dren 2,1.

**Odpowiedź : TAK**

#### **Chirurgia:**

##### **Zad.24**

##### **Poz.3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy na obuwię włókninowych

**Odpowiedź : TAK**

##### **Poz.5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha wizytacyjnego z rękawem zakończonym gumką lub bawełnianym mankietem

**Odpowiedź : TAK**

##### **Poz.6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha niejałowego, wizytacyjnego z rękawem zakończonym gumką lub bawełnianym mankietem

**Odpowiedź: TAK**

##### **Poz.7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła włókninowego, zielonego o wymiarach 210x140 cm

**Odpowiedź: TAK**

##### **Poz.8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła włókninowego, zielonego o wymiarach 210x140 cm o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź: TAK**

##### **Zad.25**

W celu złożenia konkurencyjnej oferty prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz.1-2 do odrębnego pakietu

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dokonał świadomego i celowego podziału zamówienia na 28 pakietów i nie widzi potrzeby dalszego podziału**

**Poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pościeli o następujących wymiarach 1 x powłoka 200 x 140 cm, powłoczka 70x80cm, prześcieradło 240x140cm

**Odpowiedź: TAK**

✓  
PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor naczelny  
lek. med. Leszek Pluciński

### Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

- **Odnosnie pakietu nr 6 Pozycji nr 17:** „Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745.”

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

- Uprzejmie prosimy, ze względu na niejednorodny charakter asortymentu, o zgodę na wydzielenie **z pakietu nr 6 pozycji nr 17**, Taki podział pakietu zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dokonał świadomego i celowego podziału zamówienia na 28 pakietów i nie widzi potrzeby dalszego podziału**

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Biuro  
lek. med. Leszek Muciński

### Uczestnicy postępowania


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

1. Pakiet nr 28 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną dzieloną o powierzchni 110cm<sup>2</sup>,  
wymiary 170,5 x 128,5 mm ?

**Odpowiedź : Nie, zgodnie z SIWZ**

Lek. med. Leszek Pluciński  
specjalista chirurgii ogólnej  
3282149  
wzrostki.pl



Izba przyjęć

Oddziały szpitalne

Blok operacyjny

Zakład opiekuńczo - leczniczy

Poradnie specjalistyczne

Pracownie

Medycyna Sportowa

Ratownictwo medyczne

Podstawowa opieka zdrowotna

Szkoła rodzenia

Administracja Szpitala

Usługi komercyjne

Centralna Sterylizatornia

Akredytacja

Projekty EU

RODO

## Przetargi

Chelmsza, 21.12.2020

Nr sprawy: ZP/5/2020

### OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art.11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843, z późn. zm.) na „Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”.

Ogłoszenie

SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ

załączniki do SIWZ nr 2,3,4,5,6

załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy

Chelmsza, 10.12.2020r

### Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nr sprawy: ZP/4/2020

Treść do pobrania [Tutaj]

Chelmsza, 23.11.2020r

Nr sprawy: ZP/4/2020

### OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art.11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843, z późn. zm.) na „Dostawę mebli do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Browina 62, poczta 87-140 Chelmsza”.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiety od nr 1 do 6

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ Przesłanki wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ spełnienie warunków udziału

Załącznik nr 5 do SIWZ Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Umowa

bzp@uzp.gov.pl

7.1.2021 10:38

## Opublikowano formularz

Do szpitalchelmza@gmail.com

---

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem  
<http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/36d73c62-adc6-4761-ab27-2329e8c397fb>

Nr sprawy: ZP/5/2020

Chełmża, dnia 07.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku.

**Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:**

**w Rozdziale 15 jest:**

**15.2 Termin składania ofert 11.01.2021 r.**

**w Rozdziale 15 powinno być:**

**15.2 Termin składania ofert 26.01.2021 r.**

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Miejski  
lek. med. Leszek Pluciński