

Chełmża, dnia 01.10.2020r.

Nr sprawy: ZP/2/2020

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę łóżek elektrycznych z szafką przyłóżkową i materacy przeciwoleżynowych zmiennociśnieniowych dla pacjentów z odleżynami wszystkich typów”

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda w zakresie 0-43°?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektrycznymi regulacjami kąta przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga w przedziale 0-16°?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 380–810mm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 280mm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
lek. med. Leszek Płuciński